EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:47

Link do produktu: https://www.medinox.pl/system-ewakuacji-oparow-zabiegowych-surtron-evac-id-562-p-562.html



System ewakuacji oparów zabiegowych Surtron Evac [id-562]

Cena brutto	**4 795,00 zł**
Cena netto	**4 439,81 zł**
Numer katalogowy	**10200.10**

Opis produktu

System ewakuacji i filtracji oparów wytwarzanych podczas zabiegów elektrochirurgicznych.
Urządzenie eliminuje nieprzyjemny zapach oparów składających się głównie z pary wodnej, gazów organicznych i cząstek stałych.
Zmniejsza ryzyko bakteriologiczne i wirusowe.
Regulacja aspiracji oparów umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb podczas zabiegów.
System elektronicznej kontroli ssania ze wskaźnikiem zużycia filtrów.

Wyposażenie standardowe:

- Kabel zasilający 2 m 3x1 mm SIE-IEC
- Zestaw ssący rękojeści do chirurgicznych instalacji oddymiających
- Zestaw ssący do ewakuacji oparów chirurgicznych
- Filtr ULPA dla zestawu startowego (5 h) BLUE

Regulowana moc ciągu umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb podczas zabiegu.

- Regulacji przepływu ssania
- Wskazanie stanu zużycia filtrów
- Szybka wymiana filtrów

Aktywacja aspiracji może nastąpić:

- Automatycznie, za pośrednictwem elektronicznego systemu automatycznego zdalnego wykrywania aktywacji unitu elektrochirurgicznego wysokiej częstotliwości
- Ręcznie, działając bezpośrednio na urządzeniu
- Za pomocą pedału nożnego (opcja)

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Maksymalny pobór mocy	800 VA
Maksymalna moc aspiracji (podciśnienia)	2700 LPM (95 CFM)
Maksymalna aspiracja statyczna	250 mbar (83 w H20)
Filtr typu ULPA	z węgla aktywnego
Filtr - efektywność	99,999% dla cząstek
	średnicy 0.3 mikrona
Masa	4 kg
Wymiary SxWxG mm	370 x 144 x 319 mm

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60